



**FEDERICO Guido & C. s.n.c.**  
VIA AFFONDI, 16 - 66128 PESCARA  
Tel. 085 52258 - Fax 085 4310100  
www.pesokey.it - info@pesokey.it  
C.C.I.A.A. PE R.D. I. 9000 - C.F.P. IVA 028790602

**FEDERICO**  
**PESOKEY**

**ATTESTAZIONE DI ESEGUITA VERIFICAZIONE PERIODICA DI STRUMENTI METRICI**

N° **4162** / 2014

Il sottoscritto **MELONI FRANCO** dipendente dell'impresa Federico Guido & C. s.n.c. dotata di laboratorio idoneo all'esecuzione della verifica periodica di strumenti metrici ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Ministeriale n. 192/2000 per la categoria Strumenti per pesare e tangenti di massa riconosciuto dalla CCIAA di Pescara con provvedimento n. 32 del 10.09.2007 e successivamente rinnovato.

**ATTESTA**

Che in data odierna si è proceduto alla verifica periodica dello strumento per pesare sotto descritto:

MARCA <b>SOC. COOP. BILANCIAM</b>	FORNITORE <b>60000 kg</b>	INVERSIONE <b>20 kg</b>	MODELLO <b>SRM EV 2002/C</b>	MISCELAZIONE <input type="checkbox"/> MECCANICO <input checked="" type="checkbox"/> ELETTRONICO
MATERIALE <b>76 999</b>	OMOLOGAZIONE <b>193-011</b>			

La seguito ordine di aggiustamento e' del \_\_\_\_\_ emesso dalla CCIAA di \_\_\_\_\_  
 a seguito scadenza della validità della certificazione precedente  a seguito riparazione

In uso e soggetto agli obblighi di verifica periodica alla impresa

MANIPOLA <b>163704</b>	LEGALI RAPPRESENTANTI <b>FAUSTO LATINI</b>	<b>ENI PROJECT S.p.A.</b> V. Salaria 2 - 00188 Roma Tel. 076 40391 - Fax 076 27110 www.eni.it
INDICAZIONE	USCITA	

La verifica ha avuto luogo presso la sede del laboratorio

La verifica ha avuto luogo presso la seguente località

INDICAZIONE	USCITA <b>V. Salaria 2 - 00188 Roma</b> Tel. 076 40391 - Fax 076 27110 www.eni.it
-------------	--

Lo strumento è stato controllato aderenza metodologie contenute in norme nazionali o comunitarie e depositate al momento della domanda di riconoscimento.

Per le operazioni di Verifica Periodica sono stati utilizzati i seguenti strumenti di misura dotati di etichetta

TIPO	MATERIALE	DEFINIZIONE (MESSO DA)	DATA DI EMISSIONE	VALIDITÀ
<b>PESERA</b>	<b>5030.116</b>	<b>CCIAA PE</b>	<b>02-2015</b>	<b>5 ANNI</b>
<b>MASSE</b>	<b>12-13</b>	<b>LABO1 PE</b>	<b>06-2014</b>	<b>5 ANNI</b>
<b>MASSE</b>	<b>02A-42A</b>	<b>LABO1 PE</b>	<b>10-2015</b>	<b>5 ANNI</b>

L'apparecchio è risultato **CONFORME** alle prescrizioni di legge:

- si è quindi proceduto alla sigillatura prevista dal piano di legalizzazione, inserendo le norme descritte nelle linee guida per il riconoscimento di idoneità dei laboratori, e si è proceduto inoltre ad apporre la targhetta di verifica nella quale riporta come dati di scadenza **08-2020**

- I risultati della misurazione, le incertezze ed i fogli di prova non compresi in questa attestazione sono comunque disponibili su richiesta in quanto archiviati presso la sede del laboratorio.

L'apparecchio è risultato **NON CONFORME** alle prescrizioni di legge in quanto:

risultato fuori del campo degli errori massimi previsti dalla vigente normativa

presenza difetti tali da pregiudicare l'affidabilità metrologica

non presenta integri tutti i sigilli di protezione previsti dal provvedimento di ammissione a verifica degli eventuali piani di legalizzazione

La presente attestazione è inviata all'Ufficio Metrico della Camera di Commercio di **ASCOLI PICENO**

Una copia del presente attestato viene consegnata all'utente metrico.

**MALIGONANO** il **30-08-2014**

L'UTENTE METRICO \_\_\_\_\_ L'OPERATORE \_\_\_\_\_