



ATTESTAZIONE DI ESEGUITA VERIFICAZIONE PERIODICA DI STRUMENTI METRICI N. **5980** /20 **20**

Il sottoscritto **ME LONI FRANCO** dipendente dell'impresa Federico Guido & C. s.n.c. dotata di laboratorio idoneo all'esecuzione della verifica periodica di strumenti metrici ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Ministeriale n. 182/2000 per la categoria Strumenti per pesare e campioni di massa riconosciuto dalla CCIAA di Pescara con provvedimento n. 32 del 10.09.2007 e successivamente rinnovata;

ATTESTA

Che in data odierna si è proceduto alla verifica periodica dello strumento per pesare sotto descritto:

MARCA SOC. COOP. BRANCISI	PORTATA 50 000 kg	DIVISIONE 20 kg	MODELLO SOP/M EV2002/C	MECCANICO <input type="checkbox"/> ELETTRONICO <input checked="" type="checkbox"/>
MATRICOLA 76999	OMOLOGATO CON 193-011			

- a seguito ordine di aggiustamento n° _____ del _____ emesso dalla CCIAA di _____
 a seguito scadenza della validità della certificazione precedente a seguito riparazione

In uso e soggetto agli obblighi di verifica periodica alla impresa:

RAGIONE SOCIALE		 Via Bonifica, 2 - 63085 Maltignano (AP) Tel. 0736 403919 - Fax 0736 227406 c.f./p.iva 01667110447
NUMERO REA 163704	LEGALE RAPPRESENTANTE FAUSTO LATINI	
INDIRIZZO		

La verifica ha avuto luogo presso la sede del laboratorio
 La verifica ha avuto luogo presso la seguente località

INDIRIZZO	LOCALITÀ Via Bonifica, 2 - 63085 Maltignano (AP) Tel. 0736 403919 - Fax 0736 227406 c.f./p.iva 01667110447
-----------	---

Lo strumento è stato controllato adottando metodologie contenute in norme nazionali o comunitarie e depositate al momento della domanda di riconoscimento.

Per le operazioni di Verifica Periodica sono stati utilizzati i seguenti strumenti di misura dotati di riferibilità

TIPO	MATRICOLA	CERTIFICATO EMESSO DA	DATA DI EMISSIONE	VALIDITÀ
PESIERA	5030118	LAF 044	11 - 2018	2 ANNI
MASSE	12 - 13	LAF 044	10 - 2019	2 ANNI
MASSE	02A - 42A	FEDERICO GUIDO & C	10 - 2019	1 ANNO

- L'apparecchio è risultato **CONFORME** alle prescrizioni di legge;
 - si è quindi proceduto alla sigillatura prevista dal piano di legalizzazione, osservando le norme descritte nelle linee guida per il riconoscimento di idoneità dei laboratori, e si è proceduto inoltre ad applicare la targhetta di verifica la quale riporta come data di scadenza **09 - 2023**
 - i risultati della misurazione, le incertezze ed i fogli di prova non compresi in questa attestazione sono comunque disponibili su richiesta in quanto archiviati presso la sede del laboratorio.

- L'apparecchio è risultato **NON CONFORME** alle prescrizioni di legge in quanto:
 risulta fuori del campo degli errori massimi previsti dalla vigente normativa
 presenta difetti tali da pregiudicare l'affidabilità metrologica
 non presenta integri tutti i sigilli di protezione previsti dal provvedimento di ammissione a verifica degli eventuali piani di legalizzazione

La presente attestazione è inviata all'Ufficio Metrico della Camera di Commercio di **ASCOLI PICENO**
 Una copia del presente attestato viene consegnata all'utente metrico.

MALTIGNANO li **03.09.2020**
 L'UTENTE METRICO L'OPERATORE